

ИНВЕНТАРНАЯ КАРТОЧКА № 20200012
учета нефинансовых активов

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Северо-Западный центр по контролю качества лекарственных средств"

Обособленное подразделение: _____

Структурное подразделение: _____

Главный администратор бюджетных средств (Учредитель): Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга

Наименование бюджета: Бюджет субъекта Российской Федерации

Наименование объекта (полное): Стерилизатор паровой ВК-75-"СИТИ", зав. № 721

Назначение объекта: _____

Вид объекта: иное движимое (недвижимое, особо ценное движимое, иное движимое, права пользования нематериальными активами)

Местонахождение объекта (адрес): АУП

Ответственное лицо: Дмитриева Ирина Александровна

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

Форма по ОКУД	0509215
Дата открытия карточки	16.11.2020
Дата закрытия карточки	
по Сводному реестру	
по Сводному реестру	
Глава по БК	816
по ОКТМО	40335000
Амортизационная группа	4
Аналитическая группа	30
Номер*	
Учетный номер по ОКЕИ	X000000071
	383

Дата формирования карточки (по требованию) 27.08.2024

1. Сведения о принятии объекта к учету и о выбытии объекта

Инвентарный номер	Номер счета учета	Принятие объекта к учету				Выбытие объекта				
		дата принятия к учету	документ-основание			дата выбытия объекта	документ-основание			причина выбытия
			наименование	дата	номер		наименование	дата	номер	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21013401491	09020000000000244 у.2.101.34.310	16.11.2020	Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф.0504101)	16.11.2020	00000012					

2. Сведения об объекте

Марка, модель, проект, тип, порода, паспорт, чертеж и т.п.	Номер (код) объекта (детали)			Дата выпуска, изготовления (иное)	Фактический срок эксплуатации на дату принятия к учету (в месяцах)	Дата ввода в эксплуатацию	Гарантийные обязательства				Документ, устанавливающий правообладание			Учетный номер объекта капитальных вложений
	реестровый	заводской	иной				документ-основание			срок действия	вид права	номер	дата	
							наименование	дата	номер					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		721				16.11.2020								

3. Краткая индивидуальная характеристика объекта

Наименование объекта	Признаки, характеризующие объект			Содержание драгоценных материалов (металлов, камней)				
	признак изменения	наименование	значение	наименование		единица измерения		количество (масса)
				детали (объекта)	драгоценного материала	наименование	код по ОКЕИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стерилизатор паровой ВК-75-"СИТИ", зав. № 721	0		721					
	0	Инд характ 01	Напряжение, В 380; мощность, кВт 6, вес, кг 95,0					

Ответственный исполнитель бухгалтерской службы

главный бухгалтер (должность)

Е. В. Кораблева (расшифровка подписи)

8 (812) 415-23-16 (номер контактного телефона)

evk@nvwcm.ru (электронный адрес)

Комитет по здравоохранению
Правительства Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение здравоохранения
«Северо-Западный центр по контролю
качества лекарственных средств»
ИНН 7805063359 КПП 780501001
198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 140
тел./факс: (812) 376-97-89

Зав 721, инв. 210134 01491

ПАСПОРТ СОСУДА,
РАБОТАЮЩЕГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ

КАМЕРА
СТЕРИЛИЗАТОРА ПАРОВОГО
ВК – 75 – СИТИ



Корешок талона №
Гарантийный ремонт

ремонт Стерилизатор паровой ВК – 75 СИТИ

Гл. механик цеха

(фамилия, личная подпись)

Талон изъят _____ г.

Линия отреза

ООО «СИТИ»

192289, Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 35, лит. Б

**ТАЛОН
на гарантийный ремонт**

Стерилизатор паровой ВК – 75 СИТИ

(наименование изделия)

Изготовленного 05. 10. 2020
(дата изготовления)

Заводской № 721

Штамп завода-изготовителя _____
(подпись завода-изготовителя)

Владелец и его адрес _____



(личная подпись)

Выполнены работы по устранению
неисправностей

(дата) Механик цеха _____ Владелец _____
(личная подпись) (личная подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Зав. цеха _____
(наименование ремонтного или бытового предприятия)

Штамп цеха _____

(дата) _____ г. _____
(личная подпись)



УДОСТОВЕРЕНИЕ
о качестве изготовления сосуда

Камера стерилизатора парового ВК – 75 – СИТИ, заводской № 721
Изготовлен 05. 10. 2020 г.

192288, Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 35, лит. Б

Характеристика сосуда

Наименование частей сосуда	Давление (избыточное) МПа (кгс/см ²)	Температура, С ⁰	Рабочая среда	Вместимость, дм ³
Камера	0,22 (2,2)	135	Пар	75