

**ИНВЕНТАРНАЯ КАРТОЧКА № 1243
учета нефинансовых активов**

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Северо-Западный центр по контролю качества лекарственных средств"

Обособленное подразделение: _____

Структурное подразделение: _____

Главный администратор бюджетных средств (Учредитель): Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга

Наименование бюджета: Бюджет субъекта Российской Федерации

Наименование объекта (полное): Шкаф вытяжной Мет.

Назначение объекта: очистка воздуха в лаборатории

Вид объекта: иное движимое
(недвижимое, особо ценное движимое, иное движимое, права пользования нематериальными активами)

Местонахождение объекта (адрес): АУП

Ответственное лицо: Дмитриева Ирина Александровна

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0509215
Дата открытия карточки	03.12.2014
Дата закрытия карточки по Сводному реестру	
Глава по БК по ОКТМО	816 40335000
Амортизационная группа	4
Аналитическая группа	30
Номер* Учетный номер по ОКЕИ	X000000071 383

Дата формирования карточки (по требованию) **28.08.2024**

1. Сведения о принятии объекта к учету и о выбытии объекта

Инвентарный номер	Номер счета учета	Принятие объекта к учету				Выбытие объекта				причина выбытия
		дата принятия к учету	документ-основание			дата выбытия объекта	документ-основание			
			наименование	дата	номер		наименование	дата	номер	
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
41013401443	09020100010080244.4.101.34.310	03.12.2014								

2. Сведения об объекте

Марка, модель, проект, тип, порода, паспорт, чертеж и т.п.	Номер (код) объекта (детали)			Дата выпуска, изготовления (иное)	Фактический срок эксплуатации на дату принятия к учету (в месяцах)	Дата ввода в эксплуатацию	Гарантийные обязательства				Документ, устанавливающий правообладание			Учетный номер объекта капитальных вложений
	реестровый	заводской	иной				документ-основание			срок действия	вид права	номер	дата	
							наименование	дата	номер					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				01.01.2014		03.12.2014								

3. Краткая индивидуальная характеристика объекта

Наименование объекта	Признаки, характеризующие объект				Содержание драгоценных материалов (металлов, камней)				
	признак изменения	наименование	значение		наименование		единица измерения		количество (масса)
					детали (объекта)	драгоценного материала	наименование	код по ОКЕИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Шкаф вытяжной Мет.	0	Код ОС	01.01.2014 0:00:00						
	0		41013401443; Длина 1200см, Глубина 700см, Высота 2250						

Ответственный исполнитель бухгалтерской службы

главный бухгалтер
(должность)



(подпись)

Е. В. Кораблева
(расшифровка подписи)

8 (812) 415-23-16
(номер контактного телефона)

evk@nwccm.ru
(электронный адрес)

Комитет по здравоохранению
Правительства Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение здравоохранения
«Северо-Западный центр по контролю
качества лекарственных средств»
ИНН 7805063359 КПП 780501001
198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 140
тел./факс: (812) 376-97-89

Паспорт

Шкаф вытяжной - 3 штуки

Внешние габариты вытяжного шкафа :

Длина – 1200 мм

Глубина – 700 мм

Высота – 2250 мм.

Высота вытяжного шкафа регулируется за счёт - 4 опорных механизмов диаметром - 10 мм, с высокопрочной резиновой подошвой.

Вытяжной шкаф состоит из собранного каркаса и верхнего бокса, укомплектован тумбой (встроенной) по размерам подходящей для поставляемого вытяжного шкафа и раковиной из полипропилена темного цвета .
Вытяжной шкаф состоит из сборно-разборного каркаса, выполненного из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного краской. Его конструкция обеспечивает жесткость и устойчивость при нагрузке и имеет заземление. Все детали каркаса устойчивы к воздействию влаги, высоких температур и дезинфицирующих средств.

Стенки бокса, козырек и крыша рабочей камеры изготовлены из материалов (стекло, металл), выдерживающих термическое, химическое воздействие, что подтверждено документами.

Рабочая камера имеет два уровня вытяжки.

Рабочее пространство закрывается зависимыми подъемными экранами, изготовленными из закаленного стекла толщиной - 4 мм в раме из алюминиевого профиля. Подъемный механизм экранов обеспечивает их легкое передвижение и надежную фиксацию на любом заданном уровне. Общая высота подъема экранов - 780 мм.

Рабочая поверхность бокса (столешница): имеет толщину - 22 мм, покрыта керамикой. Материал столешницы выдерживает: 24-х часовой контакт без каких-либо изменений поверхности с концентрированными серной, азотной, соляной кислотами, царской водкой, хромовой смесью; воздействие щелочей, органических растворителей, красителей, неорганических кислот и горячих масел; долговременное воздействие разбавленных неорганических и органических кислот, холодной и горячей воды; ультрафиолетовое, инфракрасное облучение; долговременное термическое воздействие; стойкость к ударному воздействию, устойчивость к истиранию.

5. Сведения о транспортировке, упаковке, хранении

5.1. Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50432-92 и «Рекомендаций по организации производства мебели и поставке ее торговым организациям в разобранном виде» (гофрокартон).

5.2. Маркировка нанесена на каждую упаковку.

5.3. Транспортирование упакованных изделий допускается в контейнерах или любым другим видом крытого транспорта, гарантирующим сохранность изделий.

5.4. Хранение в упакованном виде допускается в помещениях, не содержащих паров кислот, щелочей, газов, вызывающих коррозию при температуре окружающего воздуха от +1 до +35° С и относительной влажности не более 80%.

6. Гарантии Поставщика, сведения о рекламациях

6.1. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента изготовления (датой покупки считать дату счета/фактуры).

6.2. Если в течение гарантийного срока хранения будут обнаружены производственные дефекты, потребителем должен быть составлен акт установленного образца о необходимости ремонта, который направляется в адрес организации изготовителя (продавец).

6.3. Все предъявляемые Потребителем рекламации по недокомплектности изделия принимаются в течение 10 дней с момента получения согласно инструкции П-6, П-7. **Свидетельство о приеме: Шкаф вытяжной - 3 штуки**

Соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-93 и признан годным к эксплуатации

Представитель ОТК _____ (подпись)

М.П.

Сертификат соответствия РОСС RU. ДМ06. В01907 Срок действия с 28.06.2012 по 28.06.2015 № 4672900
Орган по сертификации РОСС RU. 0001.11ДМ06. Некоммерческое партнерство «Севзапстандарт»
Сертификат выдан на основании протоколов 479-483 от 24.06.2002 ИЦ НП «Севзапстандарт»,
гигиенического заключения ЦГСЭН в СПб № 78.01.06.562.П.002441.04.02 от 16.04.2015г.